



## 電量校正及示波器校正介紹

王忠成 Loyal Wang Mobile:0933-858-050

Tel:02-22797858#15 Email: loyal@qtechasia.com

## 校正 (Calibration)



在特定條件下,為確認量測儀器或量測系統的器示值(或實務量具,參考物質 所代表的值)和對應的由計量標準所實現的量值之間的關係的一組操作.

- Test:例如電源供應器,信號產生器等產生測試信號的儀器。
- Measurement:例如電錶,示波器,頻譜分析儀等用於量測信號的儀器。



Measurement





Test



T.U.R.: Test Uncertainty Ratio

#### 準確度與穩定度



#### Accuracy vs. Stability

● Accuracy: 量測值與真值之間的差異

● Stability:量測值的重複性



Accurate and Stable



Accurate, but not Stable



Stable, but not Accurate



得邁斯科技 Qtech Technologies Co., Ltd.

## 量測不確定度

**\$\$** 

- 與量測結果相關的參數,說明可合理賦予受測量之值的離散程度。
- 測試結果量測不確定度評估指引(Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) ISO/IEC Guide 99
- 校驗實驗室,應具程序以評估所有校驗工作和校驗類型之量測不確定度 (ISO/IEC 17025: 2017)
- 校正證書需包含量測不確定度評估(ISO/IEC 17025: 2017)

Otech Technologies Co., Ltd







#### 顯示解析度

以6 ½電表為例,又稱為2,000,000 Counts電表



以3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>電表為例,又稱為4,000 Counts電表







#### 準確度(Accuracy)的計算

例:  $3\frac{1}{2}$ 電表,使用20V檔位(最大讀值為19.99V),準確度的規格為 ± (0.75% of reading+2 counts),當輸入電壓為12V時,最大誤差為多少,當輸入電壓為20V時,最大誤差為多少?

#### 12V Ans:

error =  $\pm [(0.75\% \times 12V) + (2 \times 0.01)]$ 

error =  $\pm (0.09+0.02) = \pm 0.11$ V

#### 20V Ans:

error =  $\pm [(0.75\% \times 20V) + (2 \times 0.1)]$ 

error =  $\pm (0.15+0.2) = \pm 0.35$ V









# (RS)

#### 理想電壓表及實際電壓表



**\$\$** 


理想電流表及實際電流表








電阻二線式量測







#### 電阻四線式量測







#### 真均方根值 (True RMS)

Waveform	V p-p	V rms	V avg	<b>Crest Factor</b>
正弦波	2 Vm	1/√ <mark>2 V</mark> m or 0.707 Vm	2/πVm or 0.637 Vm	√ <mark>2 or</mark> 1.414
方 波	2 Vm	Vm	Vm	1
三角波	2 Vm	1/ $\sqrt{_3}$ Vm or 0.577 Vm	½ Vm	√ <del>3</del> or 1.732
半波	Vm	½ <b>V</b> m	1/πVm or 0.318 Vm	2
脈波	Vm	√ı/T Vm	ı/T Vm	<b>√T/ı</b>





# 示波器校正



Rohde & Schwarz

The R&S®RTB2000

Power of 10




## Introducing the RTB2000

10-bit ADC 類比/數位轉換器


10 MSample Memory 記憶體深度

10" Touchscreen 觸控螢幕




#### 10-bit ADC 類比/數位轉換器

## 4x more vertical resolution 四倍的垂直解析度



#### 10 Msample memory 10M 記憶體深度 Capture longer periods 捕捉更長的時間



#### 10" 高解析電容式觸控螢幕




更出色的電容式彩色觸控螢幕,經過深思熟慮的用戶界面。 針對波形查看進行了最佳化,不使用時可以最小化

## Introducing the RTB2000

10-bit ADC 類比/數位轉換器

10 MSample Memory 記憶體深度

10" Touchscreen 觸控螢幕



## Introducing the RTB2000


ROHDE&SCHWARZ RTB2004 · Digital Oscilloscope · 2.5 GSa/s Logic Channels

10 秒開機時間



#### 快速存取工具列

- 用於存取功能的工具列
- 用於直覺配置功能的側邊欄





#### 按下按鈕即可記錄結果

• 螢幕截圖或儀器設定形式的文檔




#### 自動設定功能

- 自動選擇垂直、水平和觸發準位,以最佳方式查看 活動訊號
- FFT參數設定



顏色指示區分目前控制的所選頻道





QuickMeas:按下按鈕即可獲得結果

以圖形方式顯示主要訊號的關鍵測量結果



#### 保護儀器和數據


- 防盜鎖孔 Kensington lock
- 低成本鎖環
- 安全資料消除功能



#### 標準介面

- USB 裝置(正面)和Host(背面)
- · LAN 和透過網頁控制已成為標準配置

#### The R&S®RTB2000



自訂註解方便備註 示波器塗鴉功能

#### The R&S®RTB2000

#### 整合新維度



#### X instruments in one handheld package





















Web Browser Connectivity






Storage Media

Display over Ethernet, Secure Erase

## 示波器顯示何種資訊?







## 示波器良宥關鍵




評斷一部示波器良宥的關鍵在於 是否能忠實重現您的波形

因爲示波器可能顯示不存在的信號 或已存在的信號卻無法顯示



#### 脈波特性的定義









## 頻寬 (Bandwidth)

#### 示波器頻寬定義

在固定信號的電壓下,增加該電壓的頻率到示波器, 而使示波器顯示電壓為0.707倍時的最高頻率



0 dB 6 div at 50 kHz




- 3 dB 4.2 div at bandwidth

Bandwidth x Rise time = 0.35 100 MHz Bandwidth = 3.5n sec Rise time



## 頻寬對振幅準確度的影響





- ●依示波器的頻寬定義,在-3dB點時,待測信號已被衰減30%,如以500MHz示波器量測500MHz信號誤差高達30%
- ●實際應用上對振幅量測的誤差期望值約為3%,未免造成過大誤差,示波器頻 寬建議為待測信號頻寬的3-5倍



## 頻寬對時序(Timing)量測準確度的影響



示波器的上升時間<sup>一</sup>影響轉態時間(Transition-time)的測量值量測值是系統的 合成結果 (示波器頻寬大於輸入信號頻寬)

量測到的
$$_{ \angle H \text{HHIII} } = \sqrt{ (實際信號_{ \angle H \text{HHIII} } )^2 + (示波器_{ \angle H \text{HHIIII} } )^2 }$$

使用1ns上升時間的示波器量測1ns上升時間,量測值如下:

量測到的 
$$=\sqrt{(1ns)^2+(1ns)^2}=1.41ns$$

使用330ps示波器 量測到的
$$_{$$
上升時間  $}=\sqrt{(1ns)^2+(330ps)^2}=1.05ns$ 



## 頻寬對時序(Timing)量測準確度的影響




示波器上升時間(Tr)對時序量測精確度的影響				
待測信號上升時間/示波器上升時間	誤差			
1:1	41.4%			
3:1	5.4%			
5:1	2.0%			
10:1	0.5%			



#### 頻寬不足造成的影響






# 振幅衰減

# 波形失真



## 以不同頻寬示波器觀測50MHz方波的結果







#### 示波器頻寬影響數位信號的量測


## **\$\$**


#### 如何影響信號:

- -上升時間變慢
- -振幅衰減
- -波型失真

#### 導因於:

- -衰減器/放大器
- -探棒亦是影響因素之一









## 示波器校正之標準件介紹

#### ■Fluke 9500C 高達 4.2 GHz 示波器校正能力

- ✓無縫實現全自動化:消除了手動任務,可顯著提高實驗室的生產力。
- ✓先進的主動訊號頭技術:確保將訊號直接、準確地傳送到示波器。
- ✓同時進行多通道校正:減少校正每個通道所需的時間和複雜度。
- ✓最小的測量不確定度:避免與手動電纜操作和開關矩陣相關的常見錯誤。
- ✓多功能性和效率:能夠以最少的操作員輸入校準現代多通道示波器。











### 電量校正之標準件介紹

#### Calibration

#### ■5540A 5550A 5560A 之校正涵蓋能力

- ⊕ 直流電壓 / 電流
- ◆ 交流電壓 / 電流
- → 兩線 / 四線式電阻

5560A 可校正 6 ½以下之各式數位電表 5550A 可校正 5 ½以下之各式數位電表

5540A 可校正 4 ½以下之各式數位電表

- 頻率 (提供高達 2.1GHz 頻寬之示波器校正)5560A 最高 2.1Gz 5550A 最高 1.1GHz ,5540A 最高 600Mhz.
- → 溫度 (T/C and RTD support)
- 申 單相功率 (可校正單相功率計 / 分析儀) 僅 5550A 5560A







#### Fluke 5730A Multifunction Calibrator

#### Calibration

#### ■Fluke 5730A 替代5700A 及5720A。

• 直流電壓: 0 − 1100 V, 3.5 PPM

• 交流電壓: 220 mV – 1100 V, 10 Hz – 1 MHz

• 實體電阻: 0 – 100 MΩ, 18 set values

• 直流電流: 0 to 2.2 A

• 交流電流:9 μA – 2.2 A, 10 Hz – 10 kHz,











#### Fluke 52120A Transconductance Amplifier

#### Calibration

#### ■Fluke 52120A ,120A 電流放大器。

- 輸入信號 200 mA 或 2 V, DC to 10 kHz
- 輸出範圍 2 A, 20A, 120A, DC to 10 kHz
- \* 補償電壓 4.5 V rms 或 6.4 V peak 驅動電流線圈感抗負載 1 mH.
- GPIB 介面控制。
- \* 可達配 5730A & 61XXA 系列串連驅動,可併聯連接10台輸出至1200A。











#### Calibration

# Fluke 8588A Reference Multimeter Fluke 8588A 8.5-Digit Multimeter

- 8588A 系列有兩種型號:
- - 8588A 八位半標準數位多用錶,專門為要求高穩定度的校正和計量實驗室量身打造,能夠實現高準確度測量,保證溯源性的高置信度。
- - 8558A 八位半數位多用錶,擁有大部分8588A 的功能和特點,在準確度和測試速 度方面非常有競爭力。







## 謝謝大家的參與~!

## 請掃描右下方 QR CODE

加入得邁斯科技 官方帳號,即時線上詢問量測儀器問題。

#### 服務專線:

台北: 02-22797858 高雄: 07-3411717

service@qtechasia.com

www.qtech-instrument.com.tw



